

用户需求书

一、维保设备清单

东至县大渡口镇中心卫生院设备维保清单

序号	设备名称	品牌	型号	数量	单价(万元)	采购日期	采购价格 (万元)	备注
1	CT	联影	Uct510	1	240	2017. 1. 10	240	
2	超声	阿洛卡	Prosound a6	1	79. 21	2019. 10. 16	79. 21	
3	DR	深图	SONTU200-FDR	1	47. 6	2017. 12. 1	47. 6	
4	血透机	费森尤斯	4008sv10	6	14. 65	2018. 7. 20	87. 9	
5	血滤机	费森尤斯	5008S	1	24. 2	2021. 3. 20	24. 2	
6	电子胃镜	上海澳华	VGT-Q30	1	46. 8	2021. 4. 16	46. 8	
7	电子胃镜清洗消毒中心	桐城		1	7. 97	2021. 5. 26	7. 97	非标定制
8	血透中心水处理系统	武汉启诚	ME4-1500	1	14. 48	2018. 10. 16	14. 48	
9	呼吸机	北京思瑞德	R30	1	15	2022. 12	15	
10	心电监护仪	深圳迈瑞等	Imec8	3	1. 59	2016. 9	4. 77	
11	心电图机	深圳理邦	SE-301	1	4	2020. 2	4	
12	心电图机	深圳邦健	ie12	1	4. 13	2018. 12	4. 13	
合计							576. 06	

二、服务内容

1、服务内容:

- 1.1 故障设备维修、日常维护保养（一季度一次）、定期巡检(一季度一次)、设备资产清点、配合设备质控检查、协助计量检测，协助安装验收等。
- 1.2 负责承担项目服务人员的全部费用，包含劳动报酬、各项纳金、技术培训、安全保险、劳动关系的建立等事项。
- 1.3 提供服务中需要的各种维修工具，提供维修工具的校准报告、检测仪表仪器等。
- 1.4 维修所需零配件须为设备原厂全新配件，并确保零配件的可追溯性。
- 1.5 负责对设备清单内的设备的所有零配件及易损件更换。设备制造商定义为短期一次性使用的除外（一般以厂家出厂标准说明为准）。
- 1.6 大型设备（CT）提供原厂授权，且授权须涵盖本项目的 CT 设备，备件必须为原厂全新且提供出厂清单。承诺中标后十个工作日提供原厂的维保合同或协议，须包含球管、探测器和高压发生器。如不能提供以虚假应标处理。
- 1.7 接到采购人设备保修通知后，服务供应商须在 2 小时之内电话响应，24 小时赶到现场维修。

2、中标公司要无偿帮助医院设备科建立起医院设备维修保养档案。

3、维保设备清单中血滤机和电子胃镜由于厂家质保时间未到期，本次招标维保时间从厂家质保期结束后起算，即维保费用从厂家质保期结束后起算（起算时间为 2024 年 4 月 1 日）。维保费用等比例扣除。

三、商务需求

1、投标人至少提供两份自 2020 年 4 月 1 日（以合同签订时间为准）以来具有同品牌同型号大型设备（CT）公立医疗机构维保服务业绩（须包含球管、探测器和高压发生器，且须体现在同一合同中）。

2、服务期限:合同期为三年，一年一签，每年对中标人进行考核合格后，方可签订下一年合同(考核不合格甲方有权终止合同)；第二年和第三年服务价格根据设备维保的实际情况进行统计，根据入保范围的设备清单进行核算价格。

3、付款期限:年度结束并考核合格后支付本年度费用。